

Всем заинтересованным лицам

Телефон  
+7 495 775-15-20(22)

Факс  
+7 495 775-15-21

E-mail  
info.russia@draeger.com

## О неоригинальных мундштуках к алкотестерам Dräger

14.07.2021 г.

ООО «Дрегер», являющееся аффилированной компанией концерна Dräger, в том числе, Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия), Dräger Medical International GmbH (Германия), Dräger Safety AG & Co. KGaA (Германия), Draeger Medical Systems, Inc. (США) и представляющее интересы концерна на территории Российской Федерации, сообщает следующее.

В настоящее время на территории РФ осуществляется реализация алкотестеров Dräger моделей Alcotest 7510 (Регистрационное удостоверение от 06.09.2011 г. № ФЗС 2011/10491), Alcotest 6820 (Регистрационное удостоверение от 13.01.2017 г. № РЗН 2016/5237), Alcotest 5510 (Регистрационное удостоверение от 26.12.2016 г. № РЗН 2016/5191), производства Dräger Safety AG & Co. KGaA (Германия), а также продолжается эксплуатация снятых с производства Alcotest 6510 и Alcotest 6810. В число принадлежностей к указанным алкотестерам входят одноразовые мундштуки, подлежащие замене после каждого использования.

Как нам стало известно, в последнее время на российском рынке начали предлагаться неоригинальные мундштуки, которые, по заверениям их поставщиков, якобы совместимы с алкотестерами производства Dräger Safety AG & Co. KGaA (Германия).

Настоящим официально заявляем:

1. Оригинальные мундштуки для алкотестеров Dräger производятся только компанией Dräger Safety AG & Co. KGaA, Германия.
2. Алкотестеры Dräger внесены в Реестр средств измерений. Обеспечение установленных метрологических характеристик подтверждено **только в комплекте с оригинальными мундштуками Dräger**.
3. В процессе получения Регистрационных удостоверений на алкотестеры Dräger, **только оригинальные мундштуки Dräger** прошли все необходимые технические, токсикологические, клинические испытания, проверки и, в соответствии с российским законодательством, признаны медицинскими изделиями, безопасными для здоровья человека.
4. Никакие неоригинальные мундштуки не проходили проверку совместимости с алкотестерами Dräger, в т.ч. в рамках метрологических и медицинских испытаний в России.
5. Использование неоригинальных мундштуков ставит под сомнение достоверность измерений и ведет к возможным юридическим последствиям.

ООО «Дрегер»  
ОГРН 1027739271493  
**Адрес местонахождения:**  
107061, г. Москва, пл.  
Преображенская, 8, эт. 12,  
пом. LIII

Тел.: + 7 495 775-15-20(22)  
Факс: + 7 495 775-15-21  
[www.draeger.ru](http://www.draeger.ru)

Адрес для корреспонденции:  
**Основной офис:**  
Преображенская площадь, д.8,  
Бизнес Центр ПРЕОВ, блок «Б»,  
12 этаж, Москва, Россия, 107061

**Сервисный центр:**  
Новохоловская ул., д. 23, стр. 1,  
1 этаж, Москва, Россия, 109052

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany  
Почтовый адрес:  
23542 Lübeck, Germany  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080

[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany

Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080

[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Со своей стороны, ООО «Дрегер», как организация, авторизованная на осуществление сервисного обслуживания и ремонта оборудования Dräger на территории РФ, подтверждает соответствие технических характеристик и параметров только оригинальных расходных материалов и запасных частей Dräger. Использование неоригинальных запасных частей может привести к неправильной работе оборудования и не только к некорректным измерениям, но, в отдельных случаях, к выходу оборудования из строя, при этом действие заводской гарантии прекращается.

Обращаем Ваше внимание: все оригинальные мундштуки для алкотестеров Dräger маркированы товарным знаком "Dräger" (товарные знаки № 1364927, № 1357585, международная регистрация WOIS):



Учитывая вышеизложенное, просим вас проявлять осмотрительность при выборе мундштуков для алкотестеров Dräger и их поставщиков.

В случае возникновения вопросов, связанных с установлением оригинальности расходных материалов для алкотестеров Dräger, просим обращаться в ООО «Дрегер» по телефону +7 495 775-15-20, электронной почте [info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com) или к официальным поставщикам алкотестеров, алкозамков и тестов на наркотики Dräger, информацию о которых вы можете найти на нашем сайте по адресу [www.draeger.com/ds](http://www.draeger.com/ds)

Генеральный директор  
ООО «Дрегер»

А. А. Харитонов

ООО «Дрегер»  
ОГРН 1027739271493  
**Адрес местонахождения:**  
107061, г. Москва, пл.  
Преображенская, 8, эт. 12,  
пом. Л111  
  
Тел.: + 7 495 775-15-20(22)  
Факс: + 7 495 775-15-21  
[www.draeger.ru](http://www.draeger.ru)

Адрес для корреспонденции:  
  
**Основной офис:**  
Преображенская площадь, д. 8,  
Бизнес Центр ПРЕОБ, блок «Б»,  
12 этаж, Москва, Россия, 107061  
  
**Сервисный центр:**  
Новохоловская ул., д. 23, стр. 1,  
1 этаж, Москва, Россия, 109052

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany  
Почтовый адрес:  
23542 Lübeck, Germany  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany  
  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)